

Synintyg

Syntest för personal som utför oförstörande provning

Syntestet baseras på kraven på synskärpa enligt **pkt 7.4 i ISO 9712:2022**, samt utförande enligt **ISO 18490:2015**.

"Personen som utför syntestet, ska vara legitimerad läkare, sjuksköterska, ögonläkare eller optiker, eller av en annan utbildad yrkesperson som är godkänd och dokumenterad av personal på nivå 3 som agerar å arbetsgivarens vägnar"

Kandidatens namn:			
Personnummer:		Certifikatnummer:	
Nuvarande Arbetsgivare:			

Kontroll av närseende		
☐ Sökanden använde <u>inte</u> korrigerande linser/glasögon.	☐ Sökanden använde korrigerande linser/glasögon.	
Testet utförs med hänvisning till <i>ISO 9712:2022</i> ; läsning av minst Jaeger nummer 1 eller Times Roman N4.5 (1,6 mm) eller motsvarande text på ett avstånd av 400 mm $\pm$ 25 med ljusförhållande 220–450 lux.		
Resultat:	☐ Godkänd	☐ Underkänd

Kontroll av färgseende (utförs minst en gång varje femårsperiod)		
Testet utförs med hänvisning till <i>ISO 9712:2022</i> med ISHIHARA 24 plattor test, färgbok för färgsynstest. Korrekt avläsning av 17 av de första 17 plattorna på ett avstånd av 750 mm $\pm$ 5% med ljusförhållande 400–500 lux.		
Resultat:	☐ Godkänd	☐ Underkänd

Förnimmelse av gråskala (gäller för metoderna RT och MT)		
Testet utförs med hänvisning till <i>ISO 9712:2022</i> med "Shades of Grey" av ONE/TÜV/BV. Krav 20 av 25 rätt.		
Resultat:	☐ Godkänd	☐ Underkänd

Datum:	
Signatur utfärdare:	
Namnförtydligande:	
Befattning:	

OBS! Utfärdaren intygar härmed att syntestet utförts enligt instruktionerna ovan.